中江县中医医院
放射胶片、耗材及配套服务采购比选公告

为改善医院就诊环境与秩序，进一步降低医用耗材的费用，满足临床的需求，确保我院放射医用胶片、耗材的质量控制，提升放射科整体能力及质量，依据《国家药监局 2018 年医疗器械分类目录》的要求，我院将采用竞争性谈判方式比选一家具有综合保障能力的专业集采配送商，签订供销合同。现公告如下:

一、供应商资格条件

1.具有独立承担民事责任能力的合法企业。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必须的供应能力。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法违规记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、供应商报名时需提交资料（注:所有资料需加盖公司鲜章，按序装订整齐）

1.报名企业三年内无违法违纪记录的诚信承诺函。

2.经销商资质复印件(营业执照、税务登记证、组织机构代码证、经营许可证，已办理三证合一的，则只需提供有统一社会信用代码的营业执照)。

3.生产企业资质复印件(营业执照、税务登记证，组织机构代码证、生产许可证，已办理三证合一的，则只需提供有统一社会信用代码的营业执照)。

4.投标产品注册证/备案凭证(复印件)。

5.生产厂家给供应商开具的代理授权书。

6.供应商法定代表人授权书。

7.供应商法定代表人和授权代表的身份证(复印件)。

8.产品彩页资料

三、响应文件要求

（一）响应文件的内容

1.全套资格响应文件(同报名时资质文件)。

2.产品报价单。

3.产品资料(彩页、技术参数、销售业绩发票或合同等产品相关的资料)。

4.售后服务承诺书。

5.本次投标产品的主要客户名单，其他医院的销售发票或合同。

6.供应商认为需要提供的其他文件和资料。

（二）响应文件须提供正本一份、副本两份，封面上注明公司及项目名称，加盖公司鲜章。

（三）响应文件必须在谈判开始时间前送达谈判地点，逾期或不符合规定的文件恕不接授。

四、公开报名时间：2019年6月6日-2019年6月13日（上午9:00-下午17:30）节假日除外

五、报名地点：中江县中医医院办公室

六、联系人及联系电话：文娟　13881026199

为保证比选结果的准确可靠，中标胶片应满足医院现有放射设备使用要求，中标供应商免费提供胶片配套打印设施设备及维修服务，合同期间胶片和洗片设施不得影响医院日常工作开展。召开谈判应有3家及以上生产厂家或供销商提交资料，谈判时间提前一天电话通知，被授权人需携带身份证原件，规定时间迟到10分钟视为自动弃权。比选规格、要求及评分办法等见附件。

中江县中医医院

2019年6月6日

附件:

需求胶片规格、耗材明细表

序号	名称	规格	单位	单价限价（元）
1	胶片	14*17	盒	
2	胶片	8*10	盒	
3	高压造影注射器		套	
4				

（一）、胶片要求:

★1、绿色环保：不含重金属污染，如：银盐等成分，不会散发有毒、有害气体。（提供佐证）

2、节能环保要求：要求生产企业获得 ISO14001 环境质量体系认证。

3、质量要求：生产企具有 ISO9001 质量管理体系认证。

4、医械管理要求：生产企业具备 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证。

5 、保修故障 1 小时响应，12 小时到达现场解决问题。

★6、为保证图像质量,胶片与打印设备必须为同一厂家生产,打印设备为整机原装进口。

（二）、配套设备参数要求：打印机

1、 开机速度：室温下≤2 分钟；操作环境：温度 15 - 30° C ；湿度 15% - 80%，无冷凝。

2、支持功能：CT、MR、DR 等打印设备可以单独打印

★3、胶片分辨率：≥604dpi

▲4、胶片打印速度：≥100 张/小时（14x17 打印）。

5、 胶片输入：≥2 供片盒同时在线。

6、 胶片输出：胶片包装 ≥125 张胶片

7、打印矩阵≥ 8256x9888

8、打印灰阶: ≥14bits

评分办法:

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1、	胶片报价	20	1、以本次符合满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×20（保留小数点后两位）。	
2、	服务维护方案	5	1. 本项目服务应急处理预案 2. 对项目服务及维护方案的科学性、完整性、合理性。	
3、	技术参数指标和配置	50	投标产品的技术指标、参数及功能根据以下两种情况进行评分: 1、完全符合招标文件要求的得50分; 2、带“▲”项一项不满足扣5分，其他条款一项不满足扣3分; 以上分数扣完为止。 3、带“★”项不满足扣6分	
4、	商务要求	10	1、商务要求完全符合招标文件要求的得10分; 一项不满足扣1分，分数扣完为止。	以投标文件中提供的服务承诺、服务方案为依据。
5、	样品品质	5	第一名得5分，第二名得3分，第三名得2分，其他不得分。	根据样品材质、图像质量、规格等综合评定
6、	业绩	5	提供该品牌胶片近三年内在全国三级用户名单(四川三级医院使用的至少5家医院)。提供齐全得5分，未能提供不得分。	提供合同或中标通知书或供货医院发票佐证
7	售后服务	3	投标人根据招标要求提供售后服务方案	
8	文件规范性	2	文件制作规范，没有细微偏差的得2分有一处细微偏差扣0.5分，直到该分值扣完为止。	

服务要求:

售后服务:

商务要求:

1、节能环保要求：要求生产企业获得 ISO14001 环境质量体系认证

2、质量要求：生产企具有 ISO9001 质量管理体系认证

3、医械管理要求：生产企业具备 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证

4 、保修故障 1 小时响应，12 小时到达现场解决问题。

报价一览表

品　　牌	品　名	规格	单价（元）	是否有墨、粉消耗
总计价格	大写：		小写：	

供应商名称：

法定代表人及授权代表（签字）：

日期：